Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer

Mode d’emploi



fr - E8823MR Positionneur pour enfant Pour utilisation avec systèmes : Premier, Voyager, Explorer

DOMICO Med-Device
REF 28634

en - E8823MR Child Positionner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el – E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga – E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR兒童體位固定裝置 - 適用系統：Premier、Voyager、Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorerシステム対応 チャイルドポジショナー
bg – E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh – E8823MR儿童体位固定装置 - 适用系统：Premier、Voyager、Explorer
hr – E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs – E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da – E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl – Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et – Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi – E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt – E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu – E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko – E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no – E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro – E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitev otroka v sistemih:Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi – E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer

Fabriqué par :
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 États-Unis
810-750-5300
DomicoMed.com

DomicoMed.com/eifu

Pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel

NON STERILE

MD

MR

EC REP Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

CE

ATTENTION : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour causer des troubles de l'appareil reproducteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) CAS : 872-50-4, CE : 212-828-1; Trixylyl phosphate (TXP) CAS : 25155-23-1, CE : 246-677-8

Composants



Article	Numéro de pièce	Description
1	21349	E8005AN MR/NUC Cale-tête pour enfant, grand
2	21350	E8005AM MR/NUC Cale-tête pour enfant, moyen
3	21351	E8005AL MR/NUC Cale-tête pour enfant, petit
4	20603	E8003DG Blocs en mousse
5	28060	E8005BD Coussinet d'extension
6	23802	E8005AG Sangle de corps du positionneur pour enfant, large
7	28057	E8005AJ Coussinet du positionneur pour enfant
8	28058	E8005AH Sangle de corps du positionneur pour enfant, étroite
9	26940	E8005BA Sangles de poignet du positionneur pour enfant
10	23531	E8002BB Sangles de tête du positionneur pour enfant
11	21540	E8005AK Nacelle du positionneur pour enfant

Remarque : Tout incident grave relatif à l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités sanitaires compétentes de l'endroit où le dispositif est installé.

Attention ! La nacelle du patient doit être stable avant de charger ce dernier afin d'éviter toute chute du patient.

Attention ! Avant de démarrer la procédure, le patient doit être correctement attaché sur le positionneur, et le positionneur doit être fixé à la table à l'aide des sangles pour éviter toute chute du patient.

Configuration

Attention ! Ne placez pas la partie de l'anatomie concernée à une jonction.

Le positionneur doit se trouver à environ 30,5 cm, ou 12 po, de l’extrémité de la table, afin qu'aucune interférence ne soit causée par le verrou de l’extension de la table.









Nettoyage et désinfection

Nettoyez le dispositif en éliminant les impuretés et désinfectez-le en suivant les instructions du fabricant et les pratiques environnementales de votre établissement à l'aide des produits suivants :

- Eau de Javel commune – diluée à 10:1 (temps de désinfection de 5 minutes minimum)
- Lingettes à l'eau de Javel Sani-Cloth® de PDI
- Lingettes à l'eau de Javel germicide de Clorox Healthcare®
- Spray nettoyant à l'eau de Javel germicide de Clorox Healthcare®
- Lingettes nettoyantes et désinfectantes au peroxyde d'hydrogène de Clorox Healthcare®
- Nettoyant multisurfaces avec eau de Javel Clorox®
- Solution à l'eau de Javel germicide Micro-Kill de Medline
- Lingettes à l'eau de Javel germicide Micro-Kill de Medline

Attention ! Rincez TOUJOURS les produits à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de solution nettoyante ou désinfectante. Dans le cas contraire, le patient risque d'être blessé.